



TARKISTUSPÖYTÄKIRJA

VMH Kalibro Oy

Varstatie 1
90440 KEMPELE

Puh: +358 40 839 1246
Fax: +358 8 5618611

Tulostuspvm: 21.05.2015
Sivu: 1 / 1

Asiakas : **Heinolan kaupungin vesihuolto**
Osoite : Rauhankatu 3
18100 Heinola

Tarkistus : **Ennen Huoltoa -tarkistus**
Päiväys : 21.5.2015
Tarkistaja : Teemu Salo
Tyyppi : DN20 Qn 2,5/2 EH
Mittarinumero : 06877339
Mittarinumero 2 :
Lukema : 955 m³
Sähköjohtavuus : 247 µS/cm

Tark.piste	Virtaus	Virhe	Lämpötila	Paine
Qnim	1.250 m ³ /h	9.07 %	22.7 °C	4.8 bar

Huomautuksia : Tussilla tehty numero 6231

VMH Kalibro Oy

Teemu Salo

Tarkistuslaitteisto: Kalibro D50/5/20 CH